

Safety-Lanzette Produktspektrum



Ausführung	Mini	Normal	Extra	Super	Neonatal
Bestellnummer	85.1015	85.1016	85.1017	85.1018	85.1019
Nadelgröße	28 G	21 G	18 G	Klinge 1,5 mm	Klinge 1,5 mm
Einstichtiefe	1,6 mm	1,8 mm	1,8 mm	1,6 mm	1,2 mm
Blutmenge ca.* nach 20 Sek. nach 120 Sek.	50 µl 150 µl	100 µl 500 µl	150 µl 750 µl	150 µl 900 µl	100 µl 450 µl
Punktionsstelle	Finger, Ohr, Ferse	Finger, Ohr, Ferse	Finger, Ohr, Ferse	Finger, Ohr, Ferse	Finger, Ferse

* Gemäß Studie mit 30 erwachsenen Probanden.

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Auswahl der richtigen Ausführung immer von verschiedenen Faktoren, wie Hauttyp, der Durchblutung der Haut, der Punktionsstelle und dem korrekten Aufsetzen der Safety-Lanzette auf der Haut, abhängt.

Im Zweifelsfall wird vor der routinemäßigen Anwendung die Testung einer Auswahl verschiedener Safety-Lanzetten empfohlen.

Die hier dargestellten Angaben haben daher nur empfehlenden Charakter und ersetzen keinesfalls ärztlichen, wissenschaftlichen oder technischen Rat.

info@sarstedt.com • www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**

SARSTEDT AG & Co. KG · Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht · Telefon: +49 2293 305 0 · Telefax: +49 2293 305 3450 · Kundenservice Deutschland · Telefon 0800 0 83 305 0

Technische Änderungen vorbehalten

Diese Publikation kann Informationen zu Produkten enthalten, die evtl. nicht in jedem Land verfügbar sind

Safety-Lancet Product Range



Version	Mini	Normal	Extra	Super	Neonatal
Order no.	85.1015	85.1016	85.1017	85.1018	85.1019
Needle size	28 G	21 G	18 G	Blade 1.5 mm	Blade 1.5 mm
Penetration depth	1.6 mm	1.8 mm	1.8 mm	1.6 mm	1.2 mm
Blood volume app.* after 20 sec after 120 sec	50 µl 150 µl	100 µl 500 µl	150 µl 750 µl	150 µl 900 µl	100 µl 450 µl
Puncture site	finger, ear, heel	finger, ear, heel	finger, ear, heel	finger, ear, heel	finger, heel

* According to study with 30 adult test persons.

Please be aware that the selection of the appropriate lancet depends upon various factors, such as skin type, blood flow to the puncture site and the correct application of the Safety-Lancet onto the skin. In case of doubt, it is recommended to test a selection of different Safety-Lancets prior to using the products for routine applications. The information given above is a recommendation only and does not, under any circumstances replace medical, scientific or technological advice.