



Descripción del artículo

Número de pedido	41.1178.903
Descripción del artículo	Microrrecipiente de muestras, 1.000 µl DiaSys/20 µl, extracción de sangre capilar, preparación: Solución hemolizante Diasys, incl. 20 µl capilares extremo a extremo, volumen nominal: 20 µl, (LxØ) con tapón: 42 x 10,8 mm, tapón: blanco, etiqueta/impresión: negra, tapón a presión, fondo cónico, 1, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	Solución hemolizante Diasys
Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	negra
Tapón	tapón plano
Tipo de cierre	tapón a presión
Ámbito de aplicación	extracción de sangre capilar
Ejemplo de aplicación	Determinación de glucemia en sangre capilar
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	20 µl

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Microrrecipiente de muestras, 1.000 µl DiaSys/20 µl, 20 µl, tapón a presión

Página 2

Dimensiones

Volumen nominal	20 µl
Diámetro	10.8 mm
Longitud incluido el tapón	42 mm
Longitud sin tapón	39 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del cierre	blanco

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	96000
Profundidad de la caja	348 mm
Ancho de la caja	278 mm
Altura de la caja	140 mm
Volumen de la caja	0.0135 cbm
Peso del producto	0.0025 kg
Peso de la caja	2.83 kg
EAN de la caja interna	4038917126342
EAN de la caja	4038917020626

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-09-01

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT