



Descripción del artículo

Número de pedido	41.1506.102
Descripción del artículo	Microrrecipiente de muestras Citrato 9NC 0.106 mol/l 3,2%, extracción de sangre venosa, preparación: Citrato 9NC, volumen nominal: 0,5 ml, (LxØ) con tapón: 44 x 10,8 mm, tapón a presión, tapón: azul, código de color ISO, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: azul, fondo cónico con faldón, 100 unidades/contenedor de poliestireno expandido

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Citrato 9NC
Concentración de la preparación	0,106 mol/l
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	azul
Graduación	sí
Tapón	tapón plano

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Microrrecipiente de muestras Citrato 9NC 0.106
mol/l 3,2%, 0,5 ml, tapón a presión, ISO

Página 2

Tipo de cierre	tapón a presión
Ámbito de aplicación	extracción de sangre venosa
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	0,5 ml
Centrifugación recomendada	1500 x g
Tiempo de centrifugación	10 Min

Dimensiones

Volumen nominal	0.5 ml
Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	44 mm
Longitud incluido el tapón	44 mm
Longitud sin tapón	40 mm

Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del cierre	azul
Material del tubo	Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	contenedor de poliestireno expandido
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	44000
Profundidad de la caja	568 mm
Ancho de la caja	348 mm
Altura de la caja	155 mm
Volumen de la caja	0.0306 cbm
Peso del producto	0.0016 kg
Peso de la caja	2.38 kg

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Microrrecipiente de muestras Citrato 9NC 0.106
mol/l 3,2%, 0,5 ml, tapón a presión, ISO

Página 3

EAN de la caja interna 4038917257930
EAN de la caja 4038917257923

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-03

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT