



Produktspezifikation

Probenröhre, Citrat 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 2 ml,
Verschluss violett, (LxØ): 66 x 11,5 mm, mit Druck

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	47.410
Artikelbeschreibung	Probenröhre, Nennvolumen: 2 ml, Verschluss violett, Präparierung: Citrat 4NC, Schraubverschluss, (LxØ): 66 x 11,5 mm, Flachboden, mit Druck, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	Citrat 4NC
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	violett
Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Passend für	Sediplus®
Bodenform	Flachboden

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für
dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor,
Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige
Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-27

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**Probenröhre, Citrat 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 2 ml,
Verschluss violett, (LxØ): 66 x 11,5 mm, mit Druck**

Seite 2

Maße

Nennvolumen	2 ml
Durchmesser	11,5 mm
Länge des Produktes	66 mm
Länge mit Verschluss	67 mm
Länge ohne Verschluss	66 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	violett
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	48000
Tiefe des Umkartons	348 mm
Breite des Umkartons	278 mm
Höhe des Umkartons	140 mm
Volumen des Umkartons	0,0135 cbm
Gewicht des Produktes	0,0027 kg
Gewicht des Umkartons	1,64 kg
EAN des Innenkartons	4038917081443
EAN des Umkartons	4038917000536

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-27

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT