



Produktspezifikation
Probenröhre, Lithium Heparin LH, 4,5 ml,
Verschluss grün, (LxØ): 75 x 13 mm, mit
Papieretikett

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	32.331.100
Artikelbeschreibung	Probenröhre, Nennvolumen: 4,5 ml, Verschluss grün, Präparierung: Lithium-Heparin, Eindrückstopfen, (LxØ): 75 x 13 mm, Rundboden, mit Papieretikett, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Art der Präparierung	Lithium-Heparin
Präparierungskonzentration	16 IE/ml Blut
Farbcode	ISO
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	grün
Graduierung	Nennmarkierung
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Zentrifugation empfohlen	2000 x g
Zentrifugationszeit	10 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
Probenröhre, Lithium Heparin LH, 4,5 ml,
Verschluss grün, (LxØ): 75 x 13 mm, mit
Papieretikett

Seite 2

Maße

Nennvolumen	4,5 ml
Durchmesser	13 mm
Länge des Produktes	75 mm
Länge ohne Verschluss	75 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Verschlusses	grün
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	50000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	48000
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	215 mm
Volumen des Umkartons	0,0315 cbm
Gewicht des Produktes	0,0039 kg
Gewicht des Umkartons	4,37 kg
EAN des Innenkartons	4038917105439
EAN des Umkartons	4038917010573

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT