



Produktspezifikation

Probenröhre, Citrat 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 5 ml,
Verschluss grün, (LxØ): 75 x 13 mm, mit Druck

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	32.525.326
Artikelbeschreibung	Probenröhre, Nennvolumen: 5 ml, Verschluss grün, Präparierung: Citrat 9NC, Eindrückstopfen, (LxØ): 75 x 13 mm, Rundboden, mit Druck, 100 Stück/Styroporcontainer

Produkteigenschaften

Art der Präparierung	Citrat 9NC
Präparierungskonzentration	0,106 mol/l
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	grün
Graduierung	Nennmarkierung
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Zentrifugation empfohlen	1800 x g
Zentrifugationszeit	10 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für
dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor,
Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige
Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**Probenröhre, Citrat 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 5 ml,
Verschluss grün, (LxØ): 75 x 13 mm, mit Druck**

Seite 2

Maße

Nennvolumen	5 ml
Durchmesser	13 mm
Länge des Produktes	75 mm
Länge ohne Verschluss	75 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Verschlusses	grün
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Styroporcontainer
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	37500
Tiefe des Umkartons	458 mm
Breite des Umkartons	348 mm
Höhe des Umkartons	115 mm
Volumen des Umkartons	0,0183 cbm
Gewicht des Produktes	0,0038 kg
Gewicht des Umkartons	2,42 kg
EAN des Innenkartons	4038917109277
EAN des Umkartons	4038917012454

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT