



Produktspezifikation

Probenröhre, Lithium Heparin LH, 4 ml,
Verschluss orange, (LxØ): 75 x 12 mm, mit Druck

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	36.336
Artikelbeschreibung	Probenröhre, Nennvolumen: 4 ml, Verschluss orange, Präparierung: Lithium-Heparin, Eindrückstopfen, (LxØ): 75 x 12 mm, Rundboden, mit Druck, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Art der Präparierung	Lithium-Heparin
Präparierungskonzentration	16 IE/ml Blut
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	orange
Graduierung	ja
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Rundboden
Zentrifugation empfohlen	2000 x g
Zentrifugationszeit	10 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
**Probenröhre, Lithium Heparin LH, 4 ml,
Verschluss orange, (LxØ): 75 x 12 mm, mit Druck**

Seite 2

Maße

Nennvolumen	4 ml
Durchmesser	12 mm
Länge des Produktes	75 mm
Länge ohne Verschluss	75 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Verschlusses	orange
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	60000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	340 mm
Volumen des Umkartons	0,0539 cbm
Gewicht des Produktes	0,0034 kg
Gewicht des Umkartons	7,53 kg
EAN des Innenkartons	4038917081221
EAN des Umkartons	4038917000369

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT