



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	41.1350.105
Artikelbeschreibung	Micro-Probengefäß Citrat 9NC 0.106 mol/l 3,2%, venöse Blutentnahme, Präparierung: Citrat 9NC, Nennvolumen: 1,3 ml, (LxØ) mit Verschluss: 47 x 10,8 mm, Schraubverschluss, Verschluss: blau, Farbcode ISO, mit Papieretikett, Etikett/Druck: blau, Spitzboden mit Stehrand, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	Citrat 9NC
Präparierungskonzentration	0,106 mol/l
Farbcode	ISO
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	blau
Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbereich	venöse Blutentnahme
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
**Micro-Probengefäß Citrat 9NC 0.106 mol/l 3,2%,
1,3 ml, Schraubverschluss, ISO**

Seite 2

Arbeitsvolumen	1,3 ml
Zentrifugation empfohlen	1500 x g
Zentrifugationszeit	10 Min

Maße

Nennvolumen	1,3 ml
Durchmesser	10,8 mm
Länge des Produktes	47 mm
Länge mit Verschluss	47 mm
Länge ohne Verschluss	45 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	blau
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	96000
Tiefe des Umkartons	348 mm
Breite des Umkartons	278 mm
Höhe des Umkartons	140 mm
Volumen des Umkartons	0,0135 cbm
Gewicht des Produktes	0,0017 kg
Gewicht des Umkartons	2,02 kg
EAN des Innenkartons	4038917127905
EAN des Umkartons	4038917021470

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-03

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT