



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	41.1378.005
Artikelbeschreibung	Micro-Probengefäß Serum Gel CAT, venöse Blutentnahme, Präparierung: Gerinnungsaktivator / Gel, Nennvolumen: 1,1 ml, (LxØ) mit Verschluss: 47 x 10,8 mm, Schraubverschluss, Verschluss: braun, Farbcode EU/ISO, mit Papieretikett, Etikett/Druck: braun, Spitzboden mit Stehrand, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	Gerinnungsaktivator / Gel
Farbcode	EU/ISO
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	braun
Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbereich	venöse Blutentnahme
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand
Arbeitsvolumen	1,1 ml

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
**Micro-Probengefäß Serum Gel CAT, 1,1 ml,
Schraubverschluss, EU/ISO**

Seite 2

Zentrifugation empfohlen 10000 x g
Zentrifugationszeit 5 Min

Maße

Nennvolumen 1,1 ml
Durchmesser 10,8 mm
Länge des Produktes 47 mm
Länge mit Verschluss 47 mm
Länge ohne Verschluss 45 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes transparent
Material des Verschlusses Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses braun
Material der Röhre Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA, ADR
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 100
Stück pro Umkarton 1000
Stück pro Palette 96000
Tiefe des Umkartons 348 mm
Breite des Umkartons 278 mm
Höhe des Umkartons 140 mm
Volumen des Umkartons 0,0135 cbm
Gewicht des Produktes 0,0019 kg
Gewicht des Umkartons 2,17 kg
EAN des Innenkartons 4038917127967
EAN des Umkartons 4038917021500

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT