



**Produktspezifikation**  
**Probenröhre, EDTA K3E, 3 ml, Verschluss rot,**  
**(LxØ): 82 x 11,5 mm, mit Druck**

**Seite 1**



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	47.556
Artikelbeschreibung	Probenröhre, Nennvolumen: 3 ml, Verschluss rot, Präparierung: K3 EDTA, Schraubverschluss, (LxØ): 82 x 11,5 mm, Flachboden, mit Druck, 100 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Art der Präparierung	K3 EDTA
Präparierungskonzentration	1,6 mg/ml Blut
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	rot
Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Flachboden

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



**Produktspezifikation**  
**Probenröhre, EDTA K3E, 3 ml, Verschluss rot,**  
**(LxØ): 82 x 11,5 mm, mit Druck**

**Seite 2**

**Maße**

Nennvolumen	3 ml
Durchmesser	11,5 mm
Länge des Produktes	82 mm
Länge mit Verschluss	82 µm
Länge ohne Verschluss	66 mm

**Material & Farben**

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	rot
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

**Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	72000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	300 mm
Volumen des Umkartons	0,0475 cbm
Gewicht des Produktes	0,0027 kg
Gewicht des Umkartons	6,2 kg
EAN des Innenkartons	4038917082440
EAN des Umkartons	4038917001533

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**