



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	02.226.160
Artikelbeschreibung	Monovette® Luer neutral Z, ohne Präparierung, Nennvolumen: 9 ml, (LxØ): 92 x 16 mm, Luer-Schraubkappe, Verschluss natur, mit Papieretikett, Etikett/Druck: schwarz, venöse Blutentnahme bei Tieren, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	ohne Präparierung
Farbcode	ISO
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	schwarz
Verschluss	Luer-Schraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbereich	venöse Blutentnahme bei Tieren
Zentrifugation empfohlen	2000 x g
Zentrifugationszeit	10 Min
Anschluss	Luer

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.



Produktspezifikation

Monovette® Luer neutral Z, 9 ml, Verschluss natur, (LxØ): 92 x 16 mm, mit Papieretikett

Seite 2

Maße

Nennvolumen	9 ml
Durchmesser	16 mm
Höhe des Produktes	92 mm
Länge des Produktes	92 mm
Länge mit Verschluss	117 mm
Länge ohne Verschluss	92 mm
Länge mit Verschluss und Stange	127 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	20000
Volumen des Umkartons	0,0382 cbm
Gewicht des Produktes	0,0101 kg
Gewicht des Umkartons	5,3 kg
EAN des Innenkartons	4038917104326
EAN des Umkartons	4038917032254

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT