




Produktspezifikation

Serologische Pipette, mit Spitze, wattiert, 5 ml,
steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht
zytotoxisch, 1 Stück/Blister

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1253.001
Artikelbeschreibung	Serologische Pipette, mit Spitze, wattiert, 5 ml, Codierungsfarbe: blau, Material: PS, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit gedruckter Graduierung
Farbe Druck/Etikett	blau/schwarz
Graduierung	ja
Ausführung	mit Spitze, wattiert
Arbeitsvolumen	0,6 ml - 7,5 ml
Codierung Farbe	blau

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**Serologische Pipette, mit Spitze, wattiert, 5 ml,
steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht
zytotoxisch, 1 Stück/Blister**

Seite 2

Maße

Nennvolumen	5 ml
Durchmesser	8 mm
Länge des Produktes	340 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	27000
Tiefe des Umkartons	420 mm
Breite des Umkartons	250 mm
Höhe des Umkartons	290 mm
Volumen des Umkartons	0,0305 cbm
Gewicht des Produktes	0,008 kg
Gewicht des Umkartons	4,54 kg
EAN des Innenkartons	4038917127240
EAN des Umkartons	4038917021104

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT