




Produktspezifikation

**Serologische Pipette, mit Spitze, wattiert, 50 ml,
steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht
zytotoxisch, 1 Stück/Blister**

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1256.001
Artikelbeschreibung	Serologische Pipette, mit Spitze, wattiert, 50 ml, Codierungsfarbe: violett, Material: PS, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	violett/schwarz
Graduierung	ja
Ausführung	mit Spitze, wattiert
Arbeitsvolumen	4 ml - 60 ml
Codierung Farbe	violett

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
**Serologische Pipette, mit Spitze, wattiert, 50 ml,
steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht
zytotoxisch, 1 Stück/Blister**

Seite 2

Maße

Nennvolumen	50 ml
Durchmesser	18 mm
Länge des Produktes	346,6 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	90
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	30
Stück pro Umkarton	90
Stück pro Palette	6300
Tiefe des Umkartons	312 mm
Breite des Umkartons	149 mm
Höhe des Umkartons	409 mm
Volumen des Umkartons	0,019 cbm
Gewicht des Produktes	0,0204 kg
Gewicht des Umkartons	2,46 kg
EAN des Innenkartons	4038917394956
EAN des Umkartons	4038917394949

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT