



### Product description

Order number	41.1378.005
Descrição do artigo	Microrrecipiente de amostra Soro com Gel CAT, coleta de sangue venoso, preparo: ativador de coagulação/gel, volume nominal: 1,1 ml, (CxØ) com tampa: 47 x 10,8 mm, tampa de rosca, tampa: marrom, código de cor EU/ISO, com etiqueta de papel, rótulo/impressão: marrom, fundo cônico com base plana, 100 unid./pacote

### Product characteristics

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	ativador de coagulação/gel
Código de cor	EU/ISO
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	marrom
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Campo de aplicação	coleta de sangue venoso
Forma do fundo	fundo cônico com base plana
Volume de trabalho	1,1 ml

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Product Specification**  
**Microrrecipiente de amostra Soro com Gel CAT,**  
**1,1 ml, tampa de rosca, EU/ISO**

**Page 2**

Centrifugação recomendada 10000 x g  
Tempo de centrifugação 5 Min

**Size**

Volume nominal 1.1 ml  
Diâmetro 10.8 mm  
Comprimento do produto 47 mm  
Comprimento com tampa 47 mm  
Comprimento sem tampa 45 mm

**Material & colours**

Cor do produto transparente  
Material de fechamento Polypropylene (PP)  
Cor da tampa marrom  
Material do tubo Polipropileno (PP)

**Purity & certification**

Corresponde às exigências IATA, ADR  
Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE  
Certificação CE CE  
Em lotes sim

**Packaging**

Quantidade mínima do pedido 1000  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 100  
Unidades por caixa 1000  
Unidades por palete 96000  
Profundidade da embalagem 348 mm  
externa  
Largura da embalagem 278 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 140 mm  
Volume da embalagem 0.0135 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0019 kg  
Peso da embalagem externa 2.17 kg

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



**Product Specification**  
**Microrrecipiente de amostra Soro com Gel CAT,**  
**1,1 ml, tampa de rosca, EU/ISO**

**Page 3**

EAN da caixa interna            4038917127967  
EAN da embalagem externa    4038917021500

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**